DT Light® SL SAFETY LOCK® TECHNOLOGY

Force d'adhésion en N



Revêtement unique et innovant ***Safety Lock***:

- **Un protocole plus court et simple*:**
  Il est inutile de conditionner le tenon.
- **Une adhésion durable tenon/ciment-résine**:**
  Le revêtement composé de silicate et de silane assure une forte adhésion. Une couche protectrice permet d'éviter que cet enduit ne soit contaminé ou désactivé. Après polymérisation, le revêtement et la couche protectrice deviennent une seule entité chimique.

* Edelhoff D., Marx R. Evaluation of clinical time expenditure for adhesive restoration with FRC Posts, type DT Light using three different pretreatment methods

** Marx R. Evaluation of bonding strength of coated and uncoated posts

REALITY Five Star Award ★★★★★ REALITY'S CHOICES 2004-2007

THE DENTAL ADVISOR Editors' Choice 2005-2008

Retrouvez tous les avantages du système reconnu DT Light®Post:

- Propriétés mécaniques uniques
- Adaptation optimale du tenon au canal
- Testé et validé par de nombreuses études internationales

Endo Easy Efficient®

DT Light® SL SAFETY LOCK® TECHNOLOGY

BasicKit



Ref. V04 1930 000 503

Ce coffret contient:
3 tenons de chaque taille: N° 0, N° 1, N° 2, N° 3
1 foret de calibrage de chaque taille:
N° 0 (foret universel), N° 1, N° 2, N° 3

Distributeur: DENTSPLY
Dentsply France
4, rue Michael Faraday • 78180 Montigny le Bretonneux
N°Vert: 0800 58 66 20 • www.dentsply.fr

Fabricant: RTD • 3 rue Louis Neel • 38120 St Egrève • France

CE 0459

VV04193000503 – Rev.0/19.01.09

Endo Easy Efficient®

DT Light® SL SAFETY LOCK® TECHNOLOGY

BasicKit

SAFETY LOCK® TECHNOLOGY

VDW®

Endo Easy Efficient®

Se référer à la notice pour de plus amples informations.

Protocole clinique **DT Light® SL** SAFETY LOCK® TECHNOLOGY



• Eldges 4 & 8: alternativement, il est possible d'utiliser le ciment-résine auto-adhésif SmartCem™2. Les étapes de mordançage et de conditionnement du logement du tenon avec adhésif deviennent inutiles. Appliquer SmartCem™2 dans le canal et sur le tenon. Positionner immédiatement le tenon et photopolymériser pendant 40 s.
• Si nécessaire, conditionner la dentine coronaire et procéder à la reconstitution du moignon avec Core.X™flow ou le matériau de votre choix (SmartCem™2 n'étant pas indiqué pour la reconstitution de moignon).



DT Light® SL BasicKit

Correspondance taille du tenon/canal

Produits de restauration recommandés:
- Ciment/colle: auto ou dual
- Adhésif: auto ou dual
- Matériau de reconstitution de moignon: matériau composite
- Ne pas appliquer de silane

INDICATIONS*
En cas d'absence de plus d'une paroi coronaire, un tenon est nécessaire pour soutenir la restauration.



* Sorrentino R, Monticelli F, Goracci C, Zarone F, Ferro F, Garcia-Godoy F, Ferrari M
Effect of post-retained composite restorations on the fracture resistance of endodontically-treated teeth.
American Journal of Dentistry, 2007; 20: 269-274